Your CONTOUR TS Meter:

Display

▼ Button (Scroll)

M Button (On/Off, Memory Recall, Set)

Orange Test Strip Port

Your Contour TS Test Strip:

Sample Tip: The end of the test strip where the blood is drawn in.

Gray Electrode End: This end (with the gray end facing up) is inserted into the orange test strip port on the meter.

Need Help? Call toll free
1-800-348-8100
www.bayerdiabetes.com/us

Inserting the Test Strip:

Remove a test strip from the bottle and **firmly snap the lid closed. Never store test strips outside the bottle!**

Hold the test strip with the gray end facing up and insert it into the orange test strip port. *No coding required!*

A test strip with a flashing blood drop will appear letting you know the meter is ready to test.

Getting the Blood Drop:

Press the lancing device firmly against the puncture site and press the release button.

Test immediately after you have formed a blood drop. Only 0.6 µL is needed for a test.



Suggested Actual Drop Size

Testing Your Blood:

Hold the meter with the orange test strip port pointing down or toward you. Immediately touch the **tip** of the test strip to the drop of blood. The blood is drawn into the test strip through the tip.



Hold the tip of the test strip in the blood drop until the meter beeps and the 8 second countdown begins. Make sure the orange test strip port is pointing down.



Your test result is displayed and automatically stored in the meter memory.

To turn your meter off, simply remove the test strip. Carefully dispose of the used test strip.

Error Codes and Symbols:

Refer to your User Guide for complete troubleshooting and error information, or call Bayer Diabetes Care Customer Service: **1-800-348-8100 (24 hours/day)**

WHAT YOU SEE	WHAT IT MEANS	WHAT YOU SHOULD DO
	Low Battery.	Replace the battery as soon as possible.
	Temperature out-of-range.	Move to an area that is within the operating range for the meter: 41°F–113°F. Let the meter and test strips adjust to this temperature for twenty minutes before testing.

WHAT YOU SEE	WHAT IT MEANS	WHAT YOU SHOULD DO
	The test strip has not filled enough to give an accurate result.	Remove the test strip and repeat the test using a new test strip.
	The meter is sensing a used test strip.	Remove the test strip and retest using a new test strip. Wait until you see the flashing blood drop in the display before adding the blood sample.

WHAT YOU SEE	WHAT IT MEANS	WHAT YOU SHOULD DO
	Test strip not inserted correctly.	Remove the test strip and insert it properly.
E5 **E10** **E6** **E11** **E8** **E12** **E9** **E13**	Potential software or hardware issue.	Remove the test strip and retest using a new test strip. If you continue to have problems, contact Customer Service.
	Wrong test strip.	Remove the test strip and retest using a *CONTOUR TS* Test Strip.

WHAT YOU SEE	WHAT IT MEANS	WHAT YOU SHOULD DO
	Test result is "HI" (above 600 mg/dL) or Test result is "LO" (below 10 mg/dL).	• Wash your hands and the test site. Repeat the test using a new test strip. • If your result is still "HI" or "LO," contact your physician or healthcare professional immediately.

***CAUTION:** Glucose levels above 250 mg/dL or below 50 mg/dL may indicate a potentially serious medical condition.*

www.bayerdiabetes.com/us

Bayer HealthCare

Bayer HealthCare LLC
Mishawaka, IN 46544 USA

Bayer

©2007 Bayer
50184363 Rev. 5/07

CONTOUR TS

Blood Glucose Monitoring System

Quick Reference Guide

NO CODING™

Only Use With
***CONTOUR® TS* Blood Glucose Meter**
and *CONTOUR™ TS* Test Strips
(Read your User Guide and Lancing Device insert for complete instructions before performing a blood glucose test.)

Su Medidor CONTOUR TS:



Su Tira Reactiva CONTOUR TS:

Punta para Obtener la Muestra: Extremo de la tira reactiva donde se absorbe la sangre.

Terminal Gris de Electrodo: Este terminal (con el extremo gris hacia arriba) se inserta en la abertura naranja para tiras reactivas del medidor.

¿Necesita Ayuda? Llame gratis al 1-800-348-8100
www.bayerdiabetes.com/us

Inserción de la Tira Reactiva:

Saque una tira reactiva del frasco y **cierre firmemente la tapa. Nunca almacene las tiras reactivas afuera de su frasco.**

Sostenga la tira reactiva con el extremo gris hacia arriba e insértela en la abertura naranja para tiras reactivas. *¡No se necesita codificación!*



Aparecerá una tira reactiva con una gota de sangre que parpadea, lo que le indica que el medidor está listo para realizar la prueba.

Obtención de la Gota de Sangre:

Presione firmemente el dispositivo sobre el lugar de punción y presione el botón disparador.

Realice la prueba inmediatamente después de obtener una gota de sangre. Sólo se requieren 0.6 µL para una prueba.

Tamaño de gota sugerido

Medición de la Glucosa en la Sangre:

Mantenga el medidor con la abertura naranja para tiras reactivas hacia abajo o de frente a usted. Aplique inmediatamente la **punta** de la tira reactiva a la gota de sangre. La tira reactiva absorbe la sangre a través de la punta.



Mantenga la punta de la tira reactiva en la gota de sangre hasta que el medidor emita un sonido y comience la cuenta regresiva de 8 segundos. Asegúrese de que la abertura naranja para tiras reactivas se encuentre hacia abajo o de frente a usted cuando lea el resultado de la prueba.



El resultado de la medición aparece en pantalla y se almacena automáticamente en la memoria del medidor.

Para apagar el medidor, sólo necesita retirar la tira reactiva. Elimine como corresponda la tira reactiva utilizada.

Códigos y Símbolos de Error:

Consulte su Guía del Usuario para obtener información completa sobre errores y soluciones, o bien comuníquese con el Servicio al Cliente de Bayer Diabetes Care llamando al **1-800-348-8100 (atención las 24 horas)**

LO QUE APARECE	LO QUE SIGNIFICA	LO QUE DEBE HACER
	Batería Baja.	Cambie la batería tan pronto como sea posible.
	Temperatura fuera de rango.	Traslade el medidor a un área que se encuentre dentro de su rango de operación: 41 °F a 113 °F. Antes de realizar la medición, espere 20 minutos para que el medidor y las tiras reactivas se ajusten a esta temperatura.
	La tira reactiva no tiene suficiente sangre para realizar una medición exacta.	Saque la tira reactiva y repita la medición usando una nueva.
	El medidor detecta una tira reactiva usada.	Saque la tira reactiva y repita la medición usando una nueva. Espere que aparezca en pantalla una gota de sangre que parpadea para aplicar la muestra de sangre.
	La tira reactiva no se insertó correctamente.	Saque la tira reactiva e insértela correctamente.
E5 E10 **E6 E11** **E8 E12** **E9 E13**	Posible problema de software o hardware.	Saque la tira reactiva y repita la medición usando una nueva. Si los problemas persisten, comuníquese con Servicio al Cliente.
	Tira reactiva incorrecta.	Saque la tira reactiva y repita la medición usando una Tira Reactiva *CONTOUR TS*.
	El resultado de la medición es "HI" (superior a 600 mg/dl) o El resultado de la medición es "LO" (inferior a 10 mg/dl).	• Lávese las manos y el sitio del cual obtendrá la muestra. Repita la medición usando una nueva tira reactiva. • Si el resultado vuelve a ser "HI" o "LO", comuníquese con su médico o profesional de atención médica de inmediato.

***PRECAUCIÓN:** Niveles de glucosa superiores a 250 mg/dl o inferiores a 50 mg/dl pueden indicar una condición médica potencialmente grave.*

www.bayerdiabetes.com/us

Bayer HealthCare

Bayer HealthCare LLC
Mishawaka, IN 46544 USA

Bayer

©2007 Bayer
50184363 Rev. 5/07

CONTOUR TS

Sistema de Control de glucosa en sangre



Guía de Referencia Rápida

NO NECESITA CÓDIGO™

Sólo Usar con el Medidor de Glucosa en la Sangre *CONTOUR® TS* y las Tiras Reactivas *CONTOUR™ TS*

(Lea la Guía del Usuario y el inserto del Dispositivo de Punción para obtener instrucciones completas antes de realizar la medición de glucosa en la sangre.)